

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)**  
**Испытательный Лабораторный Центр**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**  
Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. +7 3433628686; факс +7 3433744703  
e-mail: [mail@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail@66.rospotrebnadzor.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
Адреса мест осуществления деятельности:  
620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3  
620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91  
тел. +7 3433628686, e-mail: [mail@66.rospotrebnadzor.ru](mailto:mail@66.rospotrebnadzor.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510116



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области», руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова  
30.01.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01/00443-25 от 30.01.2025

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "ТИЗОЛ"  
(ИНН 6624002881; ОГРН 1026601483886; тел.: +7 343 422-10-14; e-mail: [ciliginata@tizol.com](mailto:ciliginata@tizol.com))
- 2. Юридический адрес:** Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** шнуры базальтовые теплоизоляционные износостойкие, звукоизоляционные, огнезащитные, легковесные "ШБТизол"; дата изготовления: 27.11.2024; срок годности: 2 года; размер образца 3 метра
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АО "ТИЗОЛ" Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 Фактический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, уло. Малышева, 59 страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образец доставлен заявителем
- 6. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 27.12.2024 10:00  
Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г., врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.01.2025 15:00  
Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/3323 от 27.12.2024 Заявление(заявка) № 66-20/9810-2024 от 27.12.2024  
Протокол (акт) отбора № 441 от 27.12.2024  
Проба № 443/1 - фон насыщенность 0,1 м2/м3, экспозиция 24 часа, температура комнатная  
Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком
- 8. НД на продукцию:** ТУ 23.99.19-024-08621635-2019
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 01.25.443 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий" п.4.1.1 МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Хроматограф жидкостной Agilent 1100	DE40522888, DE 60557071	16193-02	С-СЕ/04-06-2024/345377517 от 04.06.2024	03.06.2025

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

#### 15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Лаборатория контроля химических факторов Образец поступил 20.01.2025 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 443/1 место осуществления деятельности: дата начала испытаний 28.01.2025 10:00 дата выдачи результата 30.01.2025 14:16					
1	Запах /Одориметрия	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красноборова О. Н., эксперт-химик					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Лаборатория контроля химических факторов Образец поступил 20.01.2025 Регистрационный номер пробы в журнале 443/1 место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3 дата начала испытаний 20.01.2025 дата выдачи результата 30.01.2025 10:52					
1	Формальдегид	мг/м3	0,0037±0,0007	не более 0,01	МУК 4.1.1045-01
Дополнительная информация: Результаты испытаний № 1 выданы с учетом погрешности при P=0,95. ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Красноборова О. И., эксперт-химик					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., химик-эксперт ООЛКиМО

Дата выдачи протокола 30.01.2025  
конец протокола испытаний № 01/00443-25 от 30.01.2025

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069,  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
15.06.2015



**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель органа инспекции ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области»

А.Н. Лаврентьев

г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 01/00443-25**

Заключение составлено 30.01.2025

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 18/3323 от 27.12.2024  
Заявление(заявка) № 66-20/9810-2024 от 27.12.2024

**2. Цель экспертизы:** соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**3. Продукция:** шнуры базальтовые теплоизоляционные износостойкие, звукоизоляционные, огнезащитные, легковесные "ШБТизол"; дата изготовления: 27.11.2024; срок годности: 2 года; размер образца 3 метра Шнуры предназначены для тепловой изоляции трубопроводов, отводов и арматуры с положительными и отрицательными температурами в разных отраслях народного хозяйства - на теплоэлектростанциях, атомных электростанциях АЭС, котельных, в нефте- и газопроводах, в нефтеперерабатывающей промышленности, в гражданском и промышленном строительстве, металлургии, судостроении и пищевой промышленности. Шнуры применяются для тепловой изоляции конструкционных деформационных швов, а также теплоизоляции различных щелей и зазоров сложной формы. Шнуры могут выполнять функцию уплотнительного материала, который обеспечивает герметичность оборудования, в т.ч. тепловых агрегатов, препятствуя проникновению пыли, паров воды и химических веществ. Шнуры применяют в качестве уплотнительного материала в системах вентиляции и дымоудаления для предотвращения распространения дыма, что обеспечивает плотное соединение и пожарную безопасность строения. Шнуры могут использоваться на путях эвакуации людей непосредственно наружу или безопасную зону.

**4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

**5. Производитель продукции:** АО "ТИЗОЛ" Юридический адрес:Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 Фактический адрес:Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

**6. НДС на продукцию:** ТУ 23.99.19-024-08621635-2019

**7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** АО "ТИЗОЛ"  
(ИНН 6624002881; ОГРН 1026601483886; тел.: +7 343 422-10-14; e-mail: ciliginata@tizol.com)  
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

**8. Образец (пробу) отобрал(а)** Щербинина С. Г., врач

**9. Место, время и дата отбора:** АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, уло. Малышева, 59  
27.12.2024 10:00

**10. Условия доставки:** соответствуют НДС

**11. НДС на отбор:** МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

**12. ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,


620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

**Рассмотренные материалы:** Протокол испытаний № 01/00443-25 от 30.01.2025

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** В результате проведения испытаний установлено: проба № 443/1 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р. 6 п. 3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**Экспертное заключение составил(а):**

Врач \_\_\_\_\_



Щербина С. Г.

(аккредитация специалиста по общей гигиене ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уникальный номер реестровой записи 2022.4006616 от 31.10.2023г.)

КОПИЯ АО «ТИЗОН»